

Znak: Or.271.1.31.2023

Wykonawcy w postępowaniu

Zamawiający – Gmina Stopnica informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia do rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii” wpłynęły pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 ad lp. 6 – Szyna co ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniającą SWZ szynę do ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego z lepszym zakresem prędkości regulowanej w 20 poziomach, z lepszą od wymaganej regulacją długości kończyny w zakresie 56-106cm (kości piszczelowej 25-57 i kości udowej 31-49cm) z lepszym zakresem ruchu biernego w stawie kolanowym -10°- 120° oraz biodrowym 0° - 115° umożliwiającą mobilizację stawu skokowego ruchem aktywnym poczynawszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podszwowego w pełnym, nieograniczonym zakresie kątowym z jednoczesną regulacją pozycji inwersji i ewersji stawu skokowego leczonego pacjenta w zakresie 40 stopni, z intuicyjnym sterowaniem wszystkimi parametrami za pomocą bezpiecznych i czytelnych przycisków z funkcjonalnego pilota z wyraźnym wyświetlaczem LCD-TFT 2,56" (320x240 pikseli) gdzie każdy przycisk stanowi wyłącznik awaryjny i natychmiast wyłącza ruch szyny w razie konieczności natychmiastowego przerwania ćwiczenia, z zasilaniem elektrycznym 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów posiadającą klasę ochronności II – zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim? Powyższe różnice nie zdają się mieć znaczenia klinicznego, a często są oferowane parametry są lepsze od wymaganych.

Odpowiedź: Wszystkie parametry określone w treści zapytania ofertowego mają charakter wymagań minimalnych. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o parametrach nie gorszych, a tym samym lepszych niż określone w treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o parametrach lepszych, określonych w pytaniu.

Pytanie nr 2 ad lp. 6 – Szyna co ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna ma posiadać programy poszerzające zakres terapii takie jak program oscylacji (powtarzanie końcowego zakresu ruchu), program stretchingu (delikatne rozszerzanie zakresu ruchu), program elektrostymulacji (program synchronizujący ruch bierny z elektrostymulacją), program łączący różne z wymienionych funkcji oraz program przygotowujący do ćwiczeń po dłuższej przerwie? Obecność dodatkowych funkcji i programów wyróżnia urządzenia bardziej zaawansowane, z szerszą gamą możliwości terapeutycznych, od tych podstawowych.

Odpowiedź: Nie musi posiadać w/w funkcjonalności.

Pytanie nr 3 ad lp. 6 – Szyna co ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM do kończyny dolnej ma być wyposażona w karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta, co poprawia ergonomię pracy znacznie ułatwiając i przyspieszając czas nastaw w wypadku wielu pacjentów?

Odpowiedź: Nie musi posiadać w/w funkcjonalności.

Pytanie nr 4 ad lp. 6 – Szyna co ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego

Upzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM do kończyny dolnej ma być wyposażona w elektrostymulator do zsynchronizowanej elektrostymulacji?

Odpowiedź: Nie musi posiadać w/w wyposażenia.

Pytanie nr 5 ad lp. 6 – Szyna co ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego

Upzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM do kończyny dolnej ma być wyposażona w dedykowany wózek transportowy tego samego producenta?

Odpowiedź: Nie musi posiadać w/w wyposażenia tego samego producenta.

Pytanie nr 6 ad lp. 6 – Szyna co ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego

Upzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty częściowej w formie odrębnego pakietu, uwzględniającego „Szynę co ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego” opisaną w pozycji 6 ze względu na jego odrębność i specyfikę terapeutyczną?

Pozwoli to na zaoferowanie sprzętu o najnowocześniejszych cechach pod względem konstrukcji, funkcjonalności, fizjologicznego przebiegu ruchu oraz zgodności z aktualnymi trendami i metodami rehabilitacji, jak również zgodności z wymaganiami technicznymi i odpowiednimi przepisami dotyczącymi takich wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Nie.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica