

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Dotyczy: zmiana treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia do rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii”, Oznaczenie sprawy: Or.271.1.24.2022.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia do rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii”, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na który Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – dotyczy pkt. 2. Aparat do terapii ultradźwiękowej + bezobsługowa głowica ultradźwiękowa o powierzchni 18 cm² i bezobsługowa głowica ultradźwiękowa o powierzchni 5 cm²

Czy Zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękowej z bezobsługową głowicą o powierzchni 18 cm² i drugą głowicą obsługową o powierzchni 5 cm²?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 2 – dotyczy pkt. 2. Aparat do terapii ultradźwiękowej + bezobsługowa głowica ultradźwiękowa o powierzchni 18 cm² i bezobsługowa głowica ultradźwiękowa o powierzchni 5 cm²

Czy Zamawiający dopuści głowicę bezobsługową o powierzchni 18 cm² z maksymalną mocą średnią 7,5W i szczytową mocą impulsu 7,5W?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 3 – dotyczy pkt. 4. Leżanka elektryczna do kabiny UGUL

Czy Zamawiającemu chodzi o leżankę z regulacją wysokości elektryczną na pilota, czy z regulacją wysokości hydrauliczną za pomocą siłownika hydraulicznego?

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości na pilota.

Pytanie nr 4 – dotyczy pkt. 5. Łóżko nefrytowe

Czy Zamawiający dopuści łóżko nefrytowe charakteryzujące się poniższymi parametrami:?

WYKONYWANE ZABIEGI

Masaż za pomocą nefrytowego łóżka masującego zastępuje 5 manualnych zabiegów takich jak:

1. Masaż tradycyjny.
2. Chiropraktyka.

3. Akupresura.
4. Termopunktura.
5. Działanie promieniowania podczerwonego.

CO WYRÓŻNIA NASZE MODELE?

1. Zespoły rolek wykonane z oryginalnego nefrytu.
2. Dodatkowe zespoły rolek do masażu dolnej części ciała.
3. Możliwość regulacji pochylenia materaca górnego (możliwość np. oglądanie telewizji w czasie masażu).
4. Większa liczba punktów emisji podczerwieni w projektorach zewnętrznych (5 i 13 kul).
5. Nowoczesny „design”, dzięki któremu łóżko oprócz walorów funkcjonalnych posiada także niezaprzeczalne walory estetyczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Moc: <400W.
2. Temperatura: 40 – 70 stopni Celsjusza.
3. Wilgotność: <85%.
4. Zasilanie: 220V / 50 Hz.
5. Bezpieczeństwo: Klasa 1 / Typ B.
6. Waga netto: 85 kg.

Odpowiedź: TAK.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego.

Termin składania ofert tj. do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 10:00, pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica